



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Skarżysko – Kamienna, dn. 14.12.2020r.

IM.272.16.2020

STAROSTWO POWIATOWE
w Skarżysku-Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA

Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID – 19 na terenie powiatu skarżyskiego VII”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Zestaw I

Zadanie 14 pozycja 1 wiersz 1 (opakowanie 1L) - Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowany preparat wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. 100 g preparatu zawiera: 25 g etanolu (94%), 35 g propan-1-ol. Produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B- EN 13727, F(c. albicans)- EN 13624, TBC -14348, V(HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota, noro) w czasie do 1 minuty, Wyrób medyczny. Opakowanie 1L + spryskiwacz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 14 pozycja 1 wiersz 2 (pierwotnie opakowanie 5L) - Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowany preparat wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. 100 g preparatu zawiera: 25 g etanolu (94%), 35 g propan-1-ol. Produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B- EN 13727, F(c. albicans)- EN 13624, TBC -14348, V(HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota, noro) w czasie do 1 minuty. Wyrób medyczny. Opakowanie 10 L z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw II

1. Dotyczy zadania 12. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu EKG bez funkcji spirometrii.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
2. Dotyczy zadania 13 punkt 7,8 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG z równoważną funkcją polegającą na łączności

bezprzewodowej WiFi, zdalnemu dostępowi do aparatu z urządzeń mobilnych oraz przesłania obrazów i pętli obrazowych z urządzenia.

3. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza funkcje równoważne, lecz wymaga możliwości przesyłania pętli i obrazów na urządzenia z systemami IOS lub Android przy pomocy aplikacji interaktywnej.

4. Dotyczy zadania 13 punkt 15, 16 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG z równoważną funkcją polegającą na automatycznym dopasowaniu prędkości i spektrum dopplera ale bez funkcji podążania za naczyniem. Pragnę zaznaczyć iż funkcja ta stosowana w aparatach działa tylko na dużych i dobrze widocznych naczyniach i jest mało akceptowalna przez lekarzy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw III

Pakiet nr 1: Zestaw videoendoskopoowy

1.2

Czy Zamawiający dopuści procesor wyposażony w panel sterowania przyciskami do sterowania w menu w języku polskim tylko w zakresie danych pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści procesor wideo z zbudowanym źródłem światła LED bez możliwości współpracy z endoskopami z wbudowanym źródłem w końcówce aparatu?

Parametr charakterystyczny dla firmy Pentax

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1.6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zapisu na pamięci przenośnej podłączonej do portu USB tylko zdjęć?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści videonasofaryngoskop w technologii Super CCD?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2.2

Czy Zamawiający będzie wymagał lepszej głębi widzenia w zakresie 3-50 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2.3

Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną sondy 3,2 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2.7

Czy Zamawiający dopuści endoskop wyposażony w światłowód przekazujący światło ze źródła wbudowanego w procesor?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści monitor LED spełniający parametry z czasem reakcji matrycy 14 ms?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3.4

Czy Zamawiający dopuści wytrzymałą plastikową obudowę monitora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści przyciski sterowania kontaktowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 3.7?

Monitor dedykowany do zastosowań obrazowania endoskopowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3.8

Czy Zamawiający dopuści zasilanie medyczne prądem stałym niższym niż 24V?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny do ustawienia i zamontowania monitora wraz z procesorem obrazu bez stalowych kuwet do dezynfekcji i przechowywania videonazofaryngoskopu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści inne alternatywne rozwiązanie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

STAROSTA
Artur Berus

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI, MIENIA
I OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

Katarzyna Geller

30.09.2020

