

Załącznik 1/1 do SWZ

ZADANIE NR 1: Analizator do badań przesiewowych (automatyczny analizator biochemiczny ze swobodnym dostępem) - 1 szt.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I UŻYTKOWE):

Oferuje produkt:

Producent/Firma:

.....

Urządzenie typ: Rok produkcji

Lp.	Wymagane parametry/warunki	Warunek graniczny	POTWIERDZENIE WYMAGAŃ Tak/Nie/Opis
1.	Wypożyczony jest w minimum 40 pozycji na próbki i 40 na odczynniki	TAK	
2.	Trwałe, wielorazowe kuwety reakcyjne (minimum 6 stopniowa stacja mycia kuwet)	TAK	
3.	Chłodzony pokład odczynników	TAK	
4.	Detektor poziomu cieczy, czujnik zapobiegania kolizji i skrzepu	TAK	
5.	12 długości fali w standardzie (340-800 nm)	TAK	
6.	Automatyczne rozcieńczanie próbek patologicznych	TAK	
7.	Bezpośredni dostęp do zleceń CITO	TAK	
8.	Niezależne ramię mieszające odczynnik z próbki	TAK	
9.	Automatyczna kontrola czystości kuwet	TAK	
10.	Prześwietlenie kuwet w czasie rzeczywistym i pomijanie kuwet z absorpcji poza zakresem	TAK	
11.	Wielorazowe kuwety reakcyjne (udoskonalony system mycia kuwet zapewniający niski poziom efektu przeniesienia i niewielkie zużycie wody)	TAK	

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020r., kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.....
Miejscowość, data

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.