

BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Odpowiedź na pytania do SIWZ

2006-12-14

Skarżysko-Kamienna dnia 14-12-2006 rok

OLK2-902/01/2006

Odpowiedź na pytania skierowane do Zamawiającego:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mocznika o stabilności odczynnika roboczego 4 tygodnie w temp. 2-8 st.C ?

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ nie wyraża zgody na zmiany SIWZ w Zał. Nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy - Pakiet 1 poz. 5.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kreatyniny o stabilności

odczynnika roboczego 1 miesiąc w temp. 15-25 st.C ?

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ nie wyraża zgody na zmiany SIWZ

w Zał. Nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet 1 poz. 6.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników do ALT i AST

**bez fosforanu pirydoksalu o stabilności odczynnika roboczego 4 tygodnie
w temp. 2-8 st.C ?**

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ nie wyraża zgody na zmiany SIWZ

w Zał. Nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet 1 poz. 8 i 9.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bilirubiny całkowitej

z akceleratorem w postaci DMSO ?

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ nie wyraża zgody na zmiany SIWZ

w Zał. Nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy - Pakiet 1 poz. 10.

**5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie żelaza z ferrozyną
o stabilności odczynnika roboczego 3 miesiące w temp. 2-8 st.C ?**

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ nie wyraża zgody na zmiany SIWZ

w Zał. Nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy - Pakiet 1 poz. 13.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie GGTP o stabilności

odczynnikia roboczego 6 tygodni w temp. 2-8 st.C ?

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ nie wyraża zgody na zmiany SIWZ

w Zał. Nr 2 Formularz asortymentowo – cenowy - Pakiet 1 poz. 15.

**7.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wapnia z o-krezoloftaleiną
lub wapnia Arsenzo ?**

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ nie wyraża zgody na zmiany SIWZ

w Zał. Nr 2 Formularz asortymentowo – cenowy - Pakiet 1 poz. 16.

**8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie magnezu z kalmagitem
w postaci dwuodczynnikowej ?**

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ nie wyraża zgody na zmiany SIWZ

w Zał. Nr 2 Formularz asortymentowo – cenowy - Pakiet 1 poz. 17.

. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie białka w moczu i PMR

w postaci dwuodczynnikowej ?

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ nie wyraża zgody na zmiany SIWZ

w Zał. Nr 2 Formularz asortymentowo – cenowy - Pakiet 1 poz. 22.

.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie multikalibratora innego producenta niż odczynniki ?

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ nie wyraża zgody na zmiany SIWZ

w Zał. Nr 2 Formularz asortymentowo – cenowy - Pakiet 1 poz. 23.

Data wytworzenia : 2006-12-14 01:00, Autor : Jerzy Dubiel, Data publikacji : 2006-12-14 01:00, Osoba udostępniająca na stronie : Jerzy Dubiel, Data ostatniej modyfikacji : 2012-08-09 13:43, Osoba modyfikująca : Jerzy Dubiel