

BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Odpowiedź na pytania do SIWZ

2007-04-13

Skarżysko-Kamienna dnia 13.04.2007 rok

OLK2-900/18/07

Odpowiedź na zapytania skierowane do Zamawiającego:

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych :
materiałów jednorazowego użytku, materiałów do dezynfekcji, materiałów
opatrunkowych i leków.

SIWZ, pkt. 15, ppkt. f

A. Czy Zamawiający wymaga tutaj Deklaracji Zgodności lub certyfikatu CE (jeśli dotyczy) lub wpisu (zgłoszenia) do rejestru wyrobów medycznych (jeśli dotyczy) zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku dla wyrobów medycznych?

Zamawiający wymaga dołączenia do SIWZ dokumentów wymaganych zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku dla wyrobów medycznych.

B. Czy w przypadku gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający dopuści złożenie jedynie stosownego oświadczenia?

Zamawiający dopuszcza złożenie stosownego oświadczenia.

C. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyłącznie oświadczenia o posiadaniu w/w dokumentów oraz o dostarczeniu ich na każde późniejsze ewentualne wezwanie Zamawiającego lub z każdą pierwszą dostawą?

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 2 SIWZ, pkt. 15, ppkt. g

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie wystawione przez oferenta (ze względu na fakt, iż często ściągnięcie oświadczenia od producenta, który siedzibę ma za granicą jest czasochłonne) lub próbki do asortymentu w celu potwierdzenia parametrów?

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 3 Pakiet 1, poz. 7-12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by podane wielkości opakowań zostały przyjęte tylko do wyceny, natomiast opakowania wysyłkowe mogłyby zawierać inną liczbę sztuk (zależnie od danego producenta) z zachowaniem całkowitej zamawianej ilości?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4 Pakiet 1, poz. 9-12

Czy Zamawiający dopuści w tych pozycjach strzykawki dwuczęściowe?

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem bez nacięć?

Jeśli odpowiedź na te pytania będzie negatywna to czy Zamawiający wydzieli te pozycje?

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ i nie wyraża zgody na wyłączenie tych pozycji.

Pytanie 5 Pakiet 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści skalę co 0,5ml?

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 6 Pakiet 1, poz. 13,14

Czy Zamawiający dopuści tu rozmiar 90 x 230?

Rozmiar 90 x 230 jest opisany w poz. 15 w związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rozmiarów w poz. 13, 14.

Pytanie 7 Pakiet 1, poz. 18-20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tych pozycji by umożliwić start większej ilości oferentów?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8 Pakiet 1, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści papier do Sony UPP 110 S 110 x 21?

Zamawiający dopuszcza w/w papier.

Pytanie 9 Pakiet 1, poz. 31

Czy Zamawiający dopuści ustniki typu PCV US-050?

Zamawiający dopuszcza w/w ustniki.

Dot. Pakietu nr 3.

1. Czy Zamawiający wymaga w poz. 65-69 kompresów i gazików z gazy 17 nitkowej?

Zamawiający wymaga w pozycjach 65-67 kompresów z gazy 17 nitkowej,
a w pozycjach 68-69 dopuszcza kompresy i gaziki z gazy 17 nitkowej.

2. Czy Zamawiający w poz. 66 zamiast kompresów 7,5 x 7,5 x 100 szt nie wpisał omyłkowo 7,7 x 7,5 x 100 szt?

Zamawiający w poz. 66 wpisał omyłkowo kompresy 7,7 x 7,5 x 100 szt. Wymagane są kompresy 7,5 x 7,5 x 100szt.

3. Czy Zamawiający wymaga w poz. 76-77 opasek elastycznych o długości 4 m?

Zamawiający wymaga w/w pozycjach opasek elastycznych o długości 4 m.

4. Czy Zamawiający wymaga w poz. 78-79 opasek gipsowych 5 minutowych?

Zamawiający wymaga w/w pozycjach opasek gipsowych 5 minutowych.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 84 plaster w opakowaniu 50 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zamawiający dopuszcza w/w pozycji plaster opatrunkowy w opakowaniu 50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Dot. pakietu 2, poz. 52

Czy nie zaszła pomyłka, co do wielkości opakowania?

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 350 ml? W razie pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie wymaganej ilości opakowań?

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający modyfikuje w pakiecie nr 2, poz. 52 Specyfikację w ten sposób, że zamawia 10,5 litra preparatu w dowolnych opakowaniach jednostkowych.

Dot. pakietu 2, poz. 57

Czy nie zaszła pomyłka, co do wielkości opakowania?

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 0,5kg lub 5kg? W razie pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie wymaganej ilości opakowań.

Zamawiający dopuszcza opakowanie 0,5kg. Wymagana ilość: 24 opakowania.

Dot. pakietu 2, poz. 60

W związku z wycofaniem ze sprzedaży preparatu odpowiadającego opisowi w/w pakiecie (Chloraminy B), czy Zamawiający dopuści preparat (Chloraminę T- zgodnie z zaleceniem producenta, jako zamiennik w/w preparatu)? W razie pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie wymaganej ilości opakowań.

Zamawiający dopuszcza Chloraminę T. Wymagana ilość : 10 kg.

Data wytworzenia : 2007-04-13 02:00, Autor : Jerzy Dubiel, Data publikacji : 2007-04-13 02:00, Osoba udostępniająca na stronie : Jerzy Dubiel, Data ostatniej modyfikacji : 2012-08-09 13:43, Osoba modyfikująca : Jerzy Dubiel