

BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

2006-12-22

Skarżysko-Kamienna, dnia 22-12-2006r.

OLK2-902/01/06

ODPOWIEDZI NA PYTANIA SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO

DOTYCZY: postępowania na udzielanie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów laboratoryjnych

1.

Czy zamawiający w celu zapewnienia zgodności zaoferowanych produktów będących przedmiotem dostawy z wymaganiami zawartymi w SIWZ wymaga dostarczenia wraz z ofertą dokumentów o których mowa w Dz.U. Z 2004r. Nr 251 poz. 2515?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.11.2004r. "W sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro produkty będące przedmiotem dostaw muszą spełniać określone w ww. Rozporządzeniu wymagania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego żądania uzupełnienia oferty na dalszym etapie postępowania o stosowne koncesje, zezwolenia, licencje.

2.

Czy zamawiający w celu zapewnienia zgodności zaoferowany produktów będących przedmiotem dostawy z wymaganiami zawartymi w SIWZ wymaga dostarczenia wraz ofertą deklaracje CE lub innych dokumentów potwierdzających dopuszczenie?

Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego żądania uzupełnienia oferty na dalszym etapie postępowania o stosowne koncesje, zezwolenia, licencje.

3.

Czy ze względu na bardzo małą cenę jednostkową netto sztuki sprzętu jednorazowego Zamawiający dopuści zmianę jednostki miary na opakowania (wielkość opakowania taka, jak sugerowana w formularzu cenowym)?

Zamawiający dopuszcza zmianę jednostki na opakowania (taka jak w formularzu cenowym).

4.

Czy ze względu na ułatwienie analizy oferowanego przez Wykonawcę asortymentu, Zamawiający wymaga dołączenia dodatkowej kolumny do formularza cenowego zawierającej producenta i producencki numer katalogowy?

Zamawiający nie wymaga dołączenia dodatkowej kolumny do formularza cenowego.

5.

Czy w pakiecie 5 poz. 44 Zamawiający wymaga próbek płaskodennych?

W pakiecie 5 poz. 44 Zamawiający dopuszcza próbki płaskodenne.

6.

Czy w pakiecie 5 poz. 45 Zamawiający wymaga pół zamkniętego systemu do OB zalecanego przez ICSH z przebitym korkiem na 0,8 ml krwi?

W pakiecie 5 poz.45 Zamawiający dopuszcza pół zamknięty system do OB z przebijanym korkiem na 0,8 ml krwi.

7.

Czy w pakiecie 5 poz. 61 Zamawiający wymaga stożkowych probówek z kołnierzem i podziałką?

W pakiecie 5 poz. 61 Zamawiający dopuszcza stożkowe probówki z kołnierzem i podziałką.

8.

Czy w pakiecie 5 poz. 65 Zamawiający wymaga szkiełek oddzielanych bibułą co eliminuje efekt ich “sklejania”?

W pakiecie 5 poz. 65 Zamawiający dopuszcza szkiełka oddzielone bibułą.

9.

W związku z okresem świątecznym i niemożliwością zagwarantowania przez firmy kurierskie dostarczenia przesyłki na godzinę 9:00 prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o jeden dzień, bądź na godzinę 11:00.

Z uwagi na długi okres czasu przeznaczony przez Zamawiającego na przygotowanie oferty, Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.